

护理移动推车参数

序号	技术参数与性能指标
1.	1.2 硬件及网络部分： 1.2.1 5G 医护移动推车： ▲1.2.1.1 模块化设计： 推车升降立柱四周一共预留至少六个扩展槽（至少保障前后各两个、左右各一个），便于后期扩展升级。
2.	▲1.2.1.2 底座采用改性工程塑胶一体成型，不易变形；底座采用抗菌可回收材料，可抗紫外老化。
3.	▲1.2.1.3 电池通过 MSDS 或同类认证和 UN38.3 或同类测试；电池性能：磷酸铁锂或三元锂电等材质，安全稳定，有效循环寿命≥2000 次，续航时间≥8 小时，支持高速充电，充电时间≤5 小时。
4.	1.2.2 5G 医护移动推车： 1.2.2.1 一体化结构设计，包含推车，一体机和电源三个部分，一体机包含显示器，主板，内存条以及硬盘等为一个整体，便于后期的维护和升级，电池固定在车体底座内保障车体平衡。
5.	1.2.2.2 显示器：尺寸≥23 寸，IPS 高清，分辨率≥1920x1080；CPU：≥4 核，主频≥1.1GHz，睿频≥3.7GHz，内存：≥8GB DDR4，硬盘：固态硬盘，容量≥256GB；操作系统：兼容 Windows 7/8/10。
6.	1.2.2.3 外部接口：USB2.0≥3 个；网口≥1 个；内部接口：USB3.0≥4 个；HDMI 口≥1 个；VGA≥1 个；音频接口≥2 个。
7.	1.2.2.4 网络模块，支持 Intel 系列网卡；支持 2.4G/5G Hz Wifi 网络，支持 802.11 b/g/n/ac 以上标准；标配 4G/5G 模块；蓝牙：支持 Bluetooth 4.0 LE 及以上。
8.	1.2.2.5 整机材质包括 ABS，铝合金和钢等，均经过抗菌处理，底座和台面 ABS 一体成型，立柱选用铝合金型材等轻量级型材。
9.	1.2.2.6 台面承重：台面承重≥110KG，升降结构可承载重量≥110KG。
10.	1.2.2.7 推车把手上方配备推车升降硅胶按键，方便推车过程中，随时调整推车整体高度；键盘托：键盘托隐藏于台面内，同时内可容纳专用鼠标键盘，具备专用鼠标、键盘放置凹槽。
11.	1.2.2.8 显示器固定支架可单独升降，升降高度范围：≥15cm；工作台面可电动升降，升降高度范围：≥350mm；电推杆负重≥80kg；升降寿命≥10000 次；升降立柱为套管式设计。
12.	1.2.2.9 为保证医疗环境的舒适性，推车升降采用超静音医用电推杆，升降时噪声测试≤25Db。
13.	1.2.2.10 配备医用静音轮，双面超静音医用 4 英寸脚轮，四轮八面着地，二前轮刹车，表面材质采用高级静音橡胶材质。
14.	1.2.2.11 具备一键开关功能；整机经过整机振动测试；电源开关采用机械结构，方便按压。
15.	1.2.2.12 配备电量显示灯，用于实时显示电池电量；具有电池管理系统。